

お客様各位

2008年12月10日

白山工業株式会社

うるう秒調整時の挙動(3) LS-3350 長期環境計測データロガー

※LS-20Kと接続した場合の挙動です。

接続していない場合はうるう秒を考慮しません。

長期環境計測データロガー LS-3350

うるう秒調整によるハングアップは発生しません。

LS-20Kはうるう秒に対応しておりますが、LS-3350は対応しておりません。

10秒サンプリングの場合、タイムスタンプの重複はありません。

0.2秒サンプリングの場合、うるう秒調整に伴いタイムスタンプが1秒重複しますが、その後正常なタイムスタンプになります。

データマークアリストで、データが持つ時刻データをそのまま表示させるためには、

データマークアリストの設定ファイル(ls3_wvv.ini)の[DvOptions]に

UseTimeData=0

を追加する必要があります。